



Material

Duraluminio y acero inoxidable

Indicación

- *Corrección de deformidades angulares.
- *Transporte óseo segmentario para corrección de defectos óseos secundarios a tumores, infecciones o traumatismos.
- *Alargamientos de extremidades superiores e inferiores.
- *Corrección de contracturas de tejidos blandos.
- *Método primario de estabilización de fracturas con alto riesgo de infección de tejidos blandos adyacentes.
- *Artrodesis triple, subtalar y de tobillo.